



EFICACIA DE LA FILTRACION BACTERIANA (BFE)

Nº de muestras: 5.
Medida de la muestra: 5x5 cm
Tamaño de la muestra sometida: 25cm²
Condiciones ambientales de los ensayos: 23°C Hr 30%

Nº DE PRUEBAS	EFICACIA DE FILTRACIÓN
1 ENSAYO	92,2
2 ENSAYO	96,5
3 ENSAYO	98,1
4 ENSAYO	94,4
5 ENSAYO	95,7
PROMEDIO	95,38 ± 2.8²

RESPIRABILIDAD (PRESION DIFERENCIAL)

Nº de muestras: 5.
Medida de la muestra: 5cm²
Tamaño de la muestra sometida: Radio de 2.5 cm
Condiciones ambientales de los ensayos: 24°C Hr 30%

Nº DE PRUEBAS	PASCALES	Pa/cm ²
1 ENSAYO	187,3	38
2 ENSAYO	192,7	41
3 ENSAYO	189,2	38
4 ENSAYO	178,5	36
5 ENSAYO	191,6	37
PROMEDIO		38